

正本

檔 號：

保存年限：

雲林縣衛生局 函

機關地址：640204雲林縣斗六市府文路34號

承辦人：陳秀麗

電話：05-7001341#341

傳真：05-5347397

電子信箱：yls359@ylshb.gov.tw

斗六市北平路75號

受文者：社團法人雲林縣藥師公會

發文日期：中華民國113年1月16日

發文字號：雲衛藥字第1130500781號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關衛生福利部撤銷台灣泰利福醫療產品有限公司之「路希」氣體壓力計（未滅菌）（衛部醫器輸壹登字第013093號、原衛署醫器輸壹字第013093號）一案，請轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市政府衛生局113年1月12日北市衛食藥字第1133091914號函辦理。
- 二、案係旨揭公司申請旨揭第一等級醫療器材查驗登記，後經衛生福利部食品藥物管理署複查，其本案許可證及登錄輸入之產品不符合「D. 2610氣體壓力計」鑑別範圍，爰衛生福利部予以撤銷。
- 三、基於民眾使用醫療器材之品質及安全，請配合依醫療器材管理法及醫療器材回收處理辦法相關規定辦理，並於旨揭日期前完成市售品及庫存品回收作業。
- 四、副本抄送本局稽查組，請加強輔導並督導轄區相關機構業者倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司辦理回收作業。

正本：社團法人雲林縣藥師公會、雲林縣藥劑生公會、社團法人雲林縣醫師公會、雲林縣西藥商業同業公會、雲林縣診所協會

副本：本縣轄內各醫院、本局稽查組、本局藥政及毒品防制科

局長曾春美